

熱伝導率計

工業材料, 建築材料の熱伝導率の測定

[型式]

京都電子工業(株) QTM-710

[仕様]

測定範囲 0.03~12 W/(m・K)

試料サイズ 100w × 50d × 20t mm

測定時間 60sec+冷却時間

うす膜測定 0.03~5 W/(m・K)

[設置年度]

2019年度(令和1年度)

