燃焼試験機

材料が燃焼を維持するのに必要な最小酸素濃度（酸素指数）を測定する装置です。

型式　　：ON−1型（スガ試験機株式会社）
試験片　：ゴム，プラスチック等で自立できるもの，またはフィルム（寸法6×12cm）
（本装置は，カラムの開口部が絞られていない古い装置のため，JIS K 7201−1，2に準拠していません。）