

仕様書

1 貸付物品の品名、規格及び数量

ガスクロマトグラフ装置 島津 GC-2030 システム 一式

2 設置場所等

福山市三吉町一丁目 1 - 1

広島県東部厚生環境事務所・保健所福山支所 試験検査課

3 リース期間

設置日の翌日から 5 年間

4 機器の設置等

(1) 機器の設置

貸付物件は、令和 7 年 6 月 30 日までに設置すること。

(2) 設置時の搬入・調整作業、附帯工事、納品検査、取扱説明等

- ・指定場所への搬送、据付、機器の調整作業を含む。
- ・附帯工事なし。
- ・据付調整作業終了後、納品検査を行う。
- ・納品検査後、取扱説明を行うこと。

5 その他

この仕様書に定めない事項で疑義が生じた場合は、契約担当職員の指示に従うこととする。

納入仕様

品名、及び数量

1	ガスクロマトグラフ GC-2030 N 100V (検出器/注入口 付属なしモデル)	1 台
2	スプリット/スプリットレス試料注入ユニット SPL-2030	1 台
3	炎光光度検出器 FPD-2030 100V	1 台
4	FPD 光学フィルタ ASSY P	1 個
5	エレクトロンキャプチャ検出器制御部 ECD-2030	1 台
6	オートインジェクタ AOC-30i スタンドアローン 1.5mL バイアル : 30 検体対応仕様	1 台
7	AOC-30i 取付用支柱部品	1 式
8	排気ダクト、GC-2030	1 台
9	GC ワークステーション用 PC LabSolutions PC office 無し	1 台
10	GC ワークステーション LabSolutions ソフトウェアパッケージ Single GC	1 式
11	モノクロレーザプリンタ LP-S280DN	1 台
12	USB プリンタケーブル、USBCB2	1 本
13	ShimadzuGasFilter-配管 ASSY	1 本
14	パイプ、MN2-MN2 L-1000	1 本
15	マジックテープ 15cm×2.5cm	1 個
16	キャリアガス導管 5m	3 本
17	H2 導管水素用逆ネジ、5M	1 本
18	オキシゲントラップ	1 個
19	GasFilter Kit FID/FPD 用 3position	1 個
20	GasFilter Kit キャリア用 1position	2 個
21	GC 工具キット	1 個
22	ケーブル、BSUABFC220IV	1 本

特別仕様

- (1) 製品は新品であること。
- (2) 設置日時は事前に担当者に連絡し、調整すること。
- (3) 設置時に、据え付け、取り付け、別途購入する ECD 検出器の取り付け、調整作業及び GLP/GMP 点検を行うこと。
- (4) 既存ガスクロマトグラフ (GC-2010) の測定メソッド (指定するもの 5 つ以内) を GC-2030 システムで使用できるよう移植すること。
- (5) 電源工事、給・排水工事、その他の工事の必要がないこと。
(搬入用エレベーター有り。)
- (6) 既存ガスクロマトグラフ GC-2010 (1 台) の引き取りを行うこと。
- (7) メーカー保証を付け、期間中の故障等は無償で修理・交換等を行うこと。