

自動核酸抽出装置仕様書

1 使用目的

野生いのししと飼養豚の豚熱及びアフリカ豚熱検査に係る交差汚染防止対策として使用する。

2 購入する機種

メーカー：プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

機種：magLEAD 12gC LiNK(A1130)

3 購入物品の仕様及び条件

(1) 仕様

項目	仕様
1 RUN あたりの 同時抽出処理数	1～12 検体
処理時間	12～60 分
核酸抽出法	磁性ビーズ法
検体前処理時間 (血清からの DNA/RNA 抽出の場合)	不要
検査材料(血清、全血、 臓器)による専用試薬の 選択	1 種類の試薬で対応可能
寸法 (W×D×H 単位: mm)	W500×D535×H574

(2) 条件

ア 機械等の搬入、据付、運転、調整まで行うこと

イ メンテナンスについては誠実に対応すること

4 納入期限

令和 7 年 11 月 28 日

5 納入場所

広島県西部畜産事務所(広島県東広島市西条御条町 1-15) エレベーターなし

6 設置場所

3 階 準無菌室、建物見取り図のとおり

7 調達の条件

(1) 購入する機種に関するマニュアル等資料を日本語で 1 部提出すること

(2) 供給者は設置後、調整及び技術支援をすること